



دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دانشکده پزشکی

پایاننامه:

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

بررسی خصوصیات دزیمتریک ژل پلیمر نورموکسیک با سمتیت  
کمتر و امکان کاربرد آن در رادیوتراپی

نگارش:

فریده پاک

استادان راهنما:

دکتر علیرضا فرج الهی

دکتر زینت میابی

استاد مشاور:

دکتر علیرضا ناصری

۱۳۹۰ بهمن

شماره پایاننامه: ۸/۶-۸/۲۹

# بررسی خصوصیات دزیمتریک ژل پلیمر نورموکسیک با سمیت کمتر و امکان

## کاربرد آن در رادیوتراپی

فریده یاک<sup>۱</sup>، دکتر علیرضا فرج الهی<sup>۱</sup>، دکترزینت میابی<sup>۲</sup>

۱. دپارتمان فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۲. دپارتمان رادیولوژی، بیمارستان امام رضا، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

**مقدمه:** در حال حاضر ژل دزیمترهای پلیمری بهترین دزیمتر ممکن برای اندازه گیری توزیع دز در سه بعد در رادیوتراپی می باشند. این ژل ها به طور معمول سمی بوده و ساخت و کاربرد آنها نیاز به توجه ویژه ای دارد. در راستای یافتن ژلی با سمیت کمتر اخیرا ژل دزیمتر NIPAM معرفی شد.

**اهداف:** برای کاربرد یک دزیمتر در کلینیک یک سری از خصوصیات پایه ای مانند تکرار پذیری، معادل بافت نرم بودن، خطی بودن، پاسخ دزیمترو عدم وابستگی آن به دز ریت و انرژی ضروری میباشد. در این مطالعه خصوصیات پایه ای برای دزیمتر NIPAM و همچنین تاثیر غلظت های مختلف مونومرها و ژلاتین بر روی حساسیت این پلیمر ژل بررسی شد. در نهایت تاثیر CT به عنوان یک ابزار آنالیز ژل بر روی میزان دز دریافتی مطالعه گردید.

**مواد و روشها:** ژلهای بر اساس روش توصیف شده در مقاله senden و همکارانش ساخته شدند. پرتودهی حدود ۲ ساعت بعد از ساخت ژل و تصویربرداری MRI از ژل‌ها ۲۴ ساعت بعد از پرتودهی انجام گردید و مقادیر مختلف نرخ آسایش عرضی ( $R_2 = T_2^{-1}$ ) توسط نرم‌افزار مناسب آنالیز داده‌ها تعیین گردید.

**یافته‌ها:** نتایج نشان دادند که پلیمر ژل NIPAM معادل بافت نرم است. پاسخ این ژل دزیمتر برای بچه‌های یکسان و متفاوت تکرار پذیربوده و پاسخ آن تا ۲۶ گری خطی می‌باشد. انرژی و دز cross linker NIPAM نداشتند. با افزایش مقدار مونومرها و ریت هیچگونه تاثیری بر پاسخ ژل NIPAM نداشتند. با افزایش ژل اثر معکوس بر حساسیت از ها حساسیت پلیمر ژل افزایش پیدا کرد اما تغیر غلظت ژلاتین در ژل اثر معکوس بر حساسیت از خود نشان داد. همچنین تصویربرداری CT از پلیمر ژل دزیمتر منجر به افزایش مقادیر  $R_2$  گردید.

**نتیجه گیری:** به نظر می‌رسد ژل دزیمتر NIPAM یک دزیمتر قابل اعتماد از نظر تمامی جنبه‌های پایه‌ای دزیمتری باشد. غلظت بهینه مونومرها، crosslinker‌ها و ژلاتین برای داشتن حساس‌ترین ترکیب به این ترتیب بدست آمد: (NIPAM 6%, Bis 3%, Gelatin 5%). در هنگام استفاده از CT به عنوان ابزار آنالیز در ژل دزیمتری باید توجه ویژه‌ای به پلیمریزاسیون اضافی ایجاد شده در اثر اشعه ایکس مورد استفاده در این نوع تصویربرداری مبذول داشت، زیرا در صورت آنالیز مجدد ژل‌ها، دز محاسبه شده بیشتر از مقدار واقعی دز در اثر پرتودهی خواهد بود.

**کلمات کلیدی:** NIPAM, Polymer gel dosimetry, CT, MRI,  $R_2$